
모유착유 방법

- 모유착유기를 동작시키기 전에 유두가 깔때기 중앙에 위치하고 있는지 확인하고 기기를 동작시킨다.
- 모유착유기를 올바른 자세로 사용하지 않을 경우 모유가 역류할 수 있으므로 올바른 자세를 유지한다.




- 처음에는 약한 압력에서 시작해서 약간 불편한 느낌이 들 때가지 올렸다가 다시 약간 내리는 등압력이나 유축속도 등을 적절히 조정한다.
- 모유착유 시간은 개인에 따라 다르므로 편안한 기분을 유지할 수 있는 시간 동안만 사용한다.

KFDA 식품의약품안전청
Korea Food & Drug Administration

363-700
충북 청원군 강외면 오송생명2로 187 오송보건의료행정타운
TEL. 043) 719-3905~9 FAX. 043) 719-3900
http://www.kfda.go.kr

내가 지킨 청렴실천 모아지면 청렴사회

모유착유기 이렇게 사용하세요.




KFDA 식품의약품안전청
Korea Food & Drug Administration













사용시 주의사항

모유착유기는 개인이 위생적으로 사용, 중고제품이나 임대제품 사용시에는 보증기간, 감염 등에 주의하여야 합니다.

모유가 본체로 역류하는 것을 방지하기 위한 역류차단기가 부착되어 있는 경우 수시로 역류차단기를 확인하여 남아 있는 모유를 제거하고 사용설명서에 따라 세척 또는 교환. 다중 이용시설에서 공용으로 이용하는 것은 위생 등의 문제가 있을 수 있으니 주의 하여야 합니다.

전동식모유착유기는 전원 차단시까지 계속 동작하므로 잠잘 때나 졸음이 올 경우에는 사용을 중단한다.

모유가 젖병에 가득 차면 역류 등의 위험이 있으므로 젖병에 가득 착유하지 않도록 주의한다.

모유착유기 사용 초기에는 약간의 불편함을(통증이 아닌) 느낄 수 있으나 통증이 계속되거나, 유두 부위의 상처, 출혈 등이 발생하면 즉시 의사에게 진료를 받아야 한다.



모유 역류 시 조치사항

모유가 역류되는 것이 확인된 경우 즉시 동작을 멈추고 깔때기로부터 호스를 분리하고 기기를 동작하여 모유를 제거한다.

모유가 본체로 역류 된것이 의심되는 경우에는 즉시 사용을 중단, 해당 제품 구입처에 연락하여 점검 후 사용한다.



분리 세척 소독 및 보관방법

사용 후에는 즉시 유축기의 부품들을 젖병세정제 등으로 흐르는 물에 깨끗이 세척한다.

세척 후에는 사용자 매뉴얼을 확인,적절한 방법으로 소독한다.

세척 및 소독 후에는 물기를 제거, 보관용기나 청결한 곳에 보관한다.

